

Số 272 /TM-TTYT

Bố Trạch, ngày 10 tháng 05 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

Địa chỉ: Tổ dân phố 5 – thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CN Nguyễn Văn Lãm (SĐT: 0914088100), trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

- Ths Lê Thị Thu Hà (SĐT: 0916.997.288), trưởng khoa Dược - CLS-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch – Tổ dân phố 5 – Thị trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình.

- Nhận qua email: dauthaumuasamttytbotrach@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 10 tháng 05 năm 2024 cho đến ngày 20 tháng 05 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm	- Máy siêu âm tổng quát, Doppler màu, 3 đầu dò (convex, linear, tim người lớn), kèm máy in phun màu, máy in nhiệt đen trắng.	Bộ	01

2	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy cảm thăm dò huyết: Điện trở: 10kW~500kW:500kW~1MW - Độ nhạy cảm:10kW :20kW. - Cường độ từ trường hạt từ: 2000. - Công suất tiêu hao tối đa: $\leq 5kW$. - Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF. - Điện năng cung cấp cho Adapter: + Đầu vào: 220V/50Hz. + Đầu ra: DC9V/150mA. 	Bộ	1
3	Bộ hồi sức trẻ sơ sinh	<p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bóp bóng cấp cứu sơ sinh: 1 cái - Mặt nạ dùng cho trẻ em: 1 chiếc - Túi chứa khí: 1 cái - Dây nối oxy 1 bộ - Đường thông khí: 1 bộ <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại dùng nhiều lần - Thao tác bằng tay - Bóp bóng: làm bằng silicon - Dung tích: 550ml - Mặt nạ dùng cho trẻ em: làm bằng silicon - Túi chứa khí: làm bằng nhựa polyvinyl clorua (PVC) - Dung tích :2500ml - Đường thông khí: dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí - Bao gồm 3 cái với kích thước 60,70 và 80mm - Dây nối oxy: chiều dài 2m - Bóp bóng và mặt nạ cho trẻ em có thể tiệt trùng bằng nồi hấp 	Cái	1
4	Máy tạo oxy 5 lít/phút	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ oxy: $\geq 93 \pm 3\%$ - Lượng oxy cung cấp: 1 ~ 5L/phút - Tốc độ phun oxy: $\geq 0.2ml/phút$ - Áp suất: 0.04 – 0.05 Mpa - Tiếng ồn: $\leq 55 dB (A)$ - Kích thước: 445 x 372 x 680 mm - Trọng lượng tịnh: 25,8 kg - Trọng lượng tổng: 31,8 kg 	Cái	02
5	Nồi hấp tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Áp suất thiết kế: 0.170MPa, - Nguồn điện: 220V/50Hz 	Cái	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 2 Kw - Nhiệt độ đạt được: 126 độ C Cầu chì: 15A - Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg Kích thước: 40 x 40 x 45 cm 		
6	Máy Doppler tim thai	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD, - Tích hợp bộ ghi âm, phát hiện FHR chính xác với âm thanh rõ nét. - Có thể thay đổi được 2MHz, 3MHz, 4MHz, 5MHz, đầu dò không thấm nước 8MHz. - Đếm FHR tự động và thủ công. 	Cái	1
7	Đèn hồng ngoại điều trị	<p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm dây nguồn: 01 cái - Bóng đèn hồng ngoại 220v-250W: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 	Cái	1

2. Giá trên bao gồm: phí lắp đặt, vận chuyển và thuế (VAT):

3. Địa điểm cung cấp lắp đặt, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng, bảo hành:

Tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 đến 30 ngày

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng
- Thanh toán hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tuấn

Phụ lục BIỂU MẪU BẢN BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số /TM-TTYT ngày 10 tháng 05 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Bồ Trạch)

Thông tin của đơn vị báo giá (Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Bồ Trạch

Chúng tôi:..... có địa chỉ tại:

Xin gửi đến Trung tâm Y tế huyện Bồ Trạch bản chào giá như sau:

TT	Danh mục VTTTBYT	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Model	Hãng sx/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí, chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng.
- Thời gian giao hàng 07-30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Báo giá có thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo ký báo giá.
- Hàng mới 100%.

Bồ Trạch, ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

